



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.000.М.002788.05.19

от 08 мая 2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.; ГАУЗ МО "МОСП"; г. Москва, улица Щепкина, дом 61/2, корп. 1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"**

(ИНН: 7702152039, ОГРН: 1027700176525)

Юридический адрес: г. Москва, улица Щепкина, дом 61/2, корп. 1

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН № 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в Управление Роспотребнадзора по г. Москве № 01-11134-2 от 12.04.2019г., Акт №03-11134 от 08.05.2019г. экспертизы результатов проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, Управления Роспотребнадзора по г. Москве



Заключение действительно до **07.05.2024**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве



№ 3044959



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

77.01.16.000.М.002788.05.19

08 мая 2019 г.

№

от

Наименование организации: ГАУЗ МО «МОСП»

Фактический адрес: г. Москва, ул. Щепкина, дом 61/2, корп. 1

Проводятся работы: Эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Объект, используемый для осуществления работ:

Рентгеновский кабинет №306 (3-й этаж):

- Аппарат рентгеновский дентальный «eXpert DC», заводской №3208160, год выпуска/год монтажа 2016/2016
производитель Gendex Dental Systems, США

Рентгеновский кабинет №610 (6-й этаж):

- Аппарат рентгеновский панорамный «ORTHOPHOS XG», заводской №85874, год выпуска/год монтажа 2010/2011
производитель SIRONA Dental Systems GmbH, Германия
- Аппарат рентгеновский дентальный «eXpert DC», заводской №3007126, год выпуска/год монтажа 2012/2013
производитель Gendex Dental Systems, США

Проводятся работы: хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Объект, используемый для осуществления работ:

Помещение №7 (7-й этаж):

- Аппарат рентгеновский интраоральный «Heliodent Vario», заводской № генератора/трубки 08704/180938, год выпуска/монтажа 2008/2010
производитель SIRONA Dental Systems GmbH, Германия



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



по г. Москве